

# HERRAMIENTA PARA ELIMINAR EL MERCURIO EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD.



Una vez que su establecimiento de salud haya adoptado un [compromiso de eliminación del mercurio](#), es importante ir poniendo en marcha un inventario de elementos y equipos con mercurio. Sugerimos seguir los pasos de la ["Lista para Eliminar el Mercurio de la Medicina"](#) y comenzar por reemplazar los productos o equipos donde las alternativas están más fácilmente disponibles y cuyo uso suele estar más expandido en el establecimiento. Le recomendamos, entonces, comenzar por reemplazar los termómetros, los esfigomanómetros y los tubos gastrointestinales que contienen mercurio.

La siguiente es una lista de productos y equipos que suelen contener mercurio en los establecimientos de salud. Esta lista no es completa<sup>1</sup>, sin embargo, involucra los principales artículos que contienen mercurio dentro de un establecimiento de salud.

## **Termómetros**

- Termómetros para medir la temperatura corporal
- Termómetros de Clerget para la prueba del azúcar
- Termómetros de sistemas de frío y calor
- Termómetros de incubadoras y de baños de agua
- Termómetros de mínimo y máximo
- Termómetros de la prueba del líquido en cristal (armado)

## **Esfingomanómetros**

## **Tubos o sondas gastrointestinales**

- Tubos o sonda de Cantor
- Dilatadores esofágicos (Bougie)
- Tubos o sondas de alimentación
- Tubos de Miller-Abbott

## **Amalgamas dentales**

---

<sup>1</sup> Usted puede bajar más información (en inglés) de los siguientes sitios:  
[www.sustainablehospitals.org](http://www.sustainablehospitals.org)  
[www.h2e-online.org](http://www.h2e-online.org)

## **Pilas o baterías en aparatos de uso médico**

Alarmas  
Analizadores de sangre  
Desfibriladores  
Audifonos  
Contadores  
Monitores  
Marcapasos  
Bombas  
Balanzas  
Transmisores de telemetría  
Ultrasonido  
Ventiladores

## **Pilas de uso en aparatos no médicos**

## **Productos químicos y farmacéuticos que pueden contener trazas de mercurio como contaminante o como agregado**

Soluciones para lentes de contacto y otros productos oftálmicos que contengan timerosal o nitrato de fenilmercurio  
Diuréticos con mersalil y sales de mercurio  
*Kits* para la prueba temprana de embarazo conteniendo preservativos de mercurio  
Solución acuosa de merbromin  
Atomizador nasal con timerosal, acetato de fenilmercurio o nitrato de fenilmercurio  
Vacunas con timerosal (principalmente en vacunas de hemophilus, hepatitis, rabia, tétanos, influenza, difteria y pertusis)  
Limpiadores y desengrasantes con soda cáustica o cloro contaminados con mercurio  
Ácido acético  
*Kits* de análisis de anticuerpos  
Antígenos  
Antisueros

## **Lámparas**

Fluorescente  
Germicida  
Sodio de alta presión, vapor de mercurio  
Ultravioleta

## **Termostatos (no digitales)**

## **Termostatos de sondas de equipos eléctricos**

## **Indicadores de presión**

Barómetros  
Manómetros  
Vacuómetros

Soluciones buffer  
*Kits* de calibración  
Calibradores  
Diluyentes  
*Kits* para enzimas de inmunoensayo  
Rastreadores enzimáticos  
Etanol  
Enzimas de extracción  
Fijadores (B5, Zenker)  
Reactivos hematológicos  
Hormonas  
Reactivos para inmuno-electroforesis  
*Kits* de control negativos  
Reactivo de fenobarbital  
Reactivo de fenitozina  
*Kits* de control positivo  
Hidróxido de potasio  
Suero de conejo  
Bacteria *Shigella*  
Hipoclorito de sodio  
Reactivos para análisis de orina  
Soluciones de lavado

### **Salud sin Daño – América Latina**

Tamborini 2838  
1429 Ciudad de Buenos Aires  
Argentina  
Tel/fax. +54 11 4545 7204  
[info@saludsindanio.org](mailto:info@saludsindanio.org)  
[www.saludsindanio.org](http://www.saludsindanio.org)